



AMO ANUNCIA LA RETIRADA VOLUNTARIA EN ESPAÑA DE LA SOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LENTES DE CONTACTO COMPLETE® MOISTUREPLUS™

Madrid, 31 de Mayo, 2007 – Advanced Medical Optics (AMO) ha iniciado voluntariamente la retirada inmediata de su solución de mantenimiento de lentes de contacto Complete® MoisturePlus™. Esta decisión es una respuesta a la información proporcionada por el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de EEUU en relación a infecciones oculares por *Acanthamoeba*, un organismo que aparece de manera natural en el agua y que puede provocar infecciones corneales serias.

La información facilitada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades a AMO se fundamenta en entrevistas realizadas a 46 pacientes que habían desarrollado una infección por keratitis de *Acanthamoeba* (AK) desde enero del 2005. Un total de 39 de estos pacientes eran usuarios de lentes de contacto, de los cuales 21 utilizaba la solución Complete® MoisturePlus™. El CDC considera que existe un riesgo al menos siete veces mayor en quienes utilizan este producto respecto a los que no lo utilizan.

AMO informó desde un primer momento sobre la situación a la Agencia del Medicamento Española, concretamente a su Departamento de Vigilancia de Productos Sanitarios. En este sentido, existe una colaboración constante entre la compañía y estos organismos para gestionar este asunto de la manera más eficaz.

Por el momento no hay ninguna razón para sugerir que la retirada voluntaria esté relacionada con la contaminación del producto ni que afecte a cualquier otro producto de la compañía, incluyendo la familia de productos desinfectantes de peróxido de hidrógeno.

A nivel internacional, AMO está trabajando con el Centro de Control de Enfermedades, la Food and Drug Administration y otras entidades con el objetivo de analizar toda la información disponible y de asegurar que los consumidores se dan cuenta de la gran importancia que tiene la desinfección y un tratamiento de lentes adecuado.

Para AMO lo más importante es la salud de los pacientes y es por ello que la compañía está actuando con determinación para frenar la distribución, retirar el producto del mercado y avisar a los consumidores para que dejen de utilizar la solución Complete® MoisturePlus™ de AMO.

Información para el consumidor

La compañía pide a todos los consumidores en nuestro país suspender inmediatamente el uso de la solución, el porta lentes y las lentes de contacto.

En este sentido, la compañía ha puesto a disposición de todos los consumidores de *Complete® MoisturePlus™* un Centro de Atención al Consumidor (Tfn 8000 99 141) donde se facilita toda la información necesaria sobre este asunto.

La compañía está también contactando con sus clientes y distribuidores en España para informar sobre las instrucciones para la devolución del producto.

Sobre *Acanthamoeba*

Acanthamoeba es un microorganismo que se encuentra comúnmente en el agua, la tierra, los sistemas de aguas residuales, las torres de enfriamiento y los sistemas de calefacción, ventilación o aire acondicionado.

Se aconseja que los usuarios de lentes de contacto consulten con su oftalmólogo si presentan alguno de los siguientes síntomas: dolor y/o enrojecimiento ocular, visión borrosa, sensibilidad a luz, sensación de tener algo en el ojo y exceso de lagrimeo. Los síntomas, que pueden durar varias semanas o meses, no se presentan siempre del mismo modo.

Para más información

Àlex Pérez

Alex.perez@edelman.com

93 488 12 90

607 662 651